

V Praze dne 13. 4. 2022

Věc: Souhlas SZP ČR se novelizací úhradové skupiny 10.03.02.01 „Systémy k aplikaci kapalného kyslíku“

Potvrzuji, že návrh na novelizaci úhradové skupiny 10.03.02.01 „Systémy k aplikaci kapalného kyslíku“ byl předběžně projednán zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami. Na základě vzájemné dohody zaměstnanecké zdravotní pojišťovny souhlasí se změnou úhradového limitu dle předložené žádosti, a to:

Navržený číselný kód	Kategorizační strom (Úhradová skupina)	Popis	Preskripční omezení	Indikační omezení	Množstev ní limit	Úhradový limit bez DPH	Možnost cirkulace
10.03.02.01	systémy k aplikaci kapalného kyslíku	systém plněn medicínálním kyslíkem	NEO; PNE; po schválení zdravotní pojišťovnou	mobilitní pacient 6 minutový test chůze: 1) vzdálenost bez inhalace kyslíku, kterou pacient ujde - 200 metrů a více 2) procentuálních o navýšení vzdálenosti při inhalaci kyslíku na 50 % a více % a v 6. minutě testu s kyslíkem musí být SpO2 alespoň 85%; pacienti středně mobilitní vyžadující průtok kyslíku více než 2 litry; pacienti málo mobilitní vyžadující průtok kyslíku více než 10 litrů; při bronchopulmo nální dysplasii nedonošeného dítěte se závislostí na kyslíku (SpO2 < 92%), bez rizika retinopatie, přetrvávající	-	326,50 Kč/den	ne

				po 40. týdnu postkoncepční ho věku; pacient zařazený do programu transplantace plic na základě kyslíkového testu			
--	--	--	--	---	--	--	--

Ing. Jan Beneš, v.r.



předseda Komise pro zdravotnické prostředky
Svazu zdravotních pojišťoven ČR