



V Praze dne 13. 5. 2022

Stanovisko k žádosti o projednání změny úhradové skupiny 10.03.02.01 „Systémy k aplikaci kapalného kyslíku“

Potvrzujeme, že návrh na změnu úhradové skupiny 10.03.02.01 „Systémy k aplikaci kapalného kyslíku“ byl předběžně projednán s VZP ČR. Na základě vzájemné dohody VZP ČR souhlasí se změnou úhradového limitu dle předložené žádosti, a to:

Navržený číselný kód	Kategorizační strom (Úhradová skupi- na)	Popis	Preskripční omezení	Indikační omezení	Množstev- ní limit	Úhradový limit bez DPH	Možnost cirkulace
10.03.02.01	systémy k aplikaci kapalného kyslíku	systém plněn medicínalním kyslíkem	NEO; PNE; po schválení zdra- votní pojišťov- nou	mobilitní pacient 6 minuto- vý test chůze: 1) vzdále- nost bez inhalace kyslíku, kterou pacient ujde - 200 metrů a více 2) procentu- álního navýšení vzdálenos- ti při inhalaci kyslíku na 50 % a více % a v 6. minutě testu s kyslíkem musí být SpO2 alespoň 85%; pacienti středně mobilitní vyžadující průtok kyslíku více než 2 litry; pacienti málo mobilitní vyžadující průtok kyslíku více než 10 litrů; při bronchopulmo- nální dysplasií nedonošeného dítěte se závislostí na kyslíku (SpO2 < 92%), bez rizika retinopatie, přetrvá- vající po 40.týdnu post- koncepčního věku; pacient zařazený do programu transplantace plic na základě kyslíkového testu	-	290,91 Kč/den 326,50 Kč/den	ne


MUDr. Alena Miková

ředitelka Odboru léčiv a zdravotnických prostředků
VZP ČR