



V Praze dne 08. 11. 2023

**Stanovisko k žádosti o projednání návrhu ČSORLCHHK ČLS JEP**

Potvrzujeme, že níže uvedený návrh změn v oblasti sluchadel pro kostní vedení byl projednán s VZP ČR.

Číselný kód	Kategorizační strom (úhradová skupina)	Popis	Preskripční omezení	Indikační omezení	Množstevní limit	Úhradový limit bez DPH	Možnost cirkulace
08.01.02.01	sluchadla na kostní vedení včetně kompletního příslušenství po dobu životnosti sluchadla	sluchadlo, náhlavní pružina, kostní vibrátor; sluchadlo na kostní vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) <del>kapsičkové či podobný typ</del> ; <b>vibrační sluchadlo</b> b) digitální zpracování signálu <b>minimálně</b> ve 3 kanálech; c) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty	FON	<del>do 18 let včetně</del> ; ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní <b>nebo smíšenou</b> nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích;  při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení;  <b>při jednostranné hluchotě</b>	1 ks / 5 let	9130,00 / 1 ks	ne
08.01.02.03	vibrační sluchadla s přítlačovým systémem (např. náhlavní páskou) – neimplantabilní systém	sluchadlo na kostní vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) vibrační sluchadlo; b) <u>digitální</u> zpracování signálu nejméně ve 3 kanálech;	FON	<del>do 10 let včetně</del> ;  <b>do 18 let včetně</b> ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní <b>nebo smíšenou</b> nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na	1 ks / 5 let	<del>17391,00 / 1 ks</del>  <b>86957,00 / 1 ks</b>	ne

		c) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty  d) v kompletu s přítlačovým systémem (např. náhlavní páskou)  e) je kompatibilní s bezdrátovým přenosem zvuku		vzdušné vedení; při jednostranné hluchotě			
08.01.02.04	zevní části implantabilního systému kostního sluchadla	sluchadlo na kostní vedení musí splňovat tyto základní podmínky: a) vibrační modul sluchadla; b) digitální zpracování signálu nejméně ve 3 kanálech; c) softwarové nastavení parametrů sluchadla dle sluchové ztráty d) v kompletu s přítlačovým systémem (např. náhlavní páskou)  e) je kompatibilní s bezdrátovým přenosem zvuku	FON; po schválení zdravotní pojišťovnou	<del>od 11 let</del> ; od 6 let ztráta sluchu při: anomálii zvukovodu a středouší s těžkou převodní nedoslýchavostí; chronickém výtoku ze středouší; stavech po kofochirurgických a neurochirurgických operacích; při neřešitelných alergiích na tvarovku; špatném efektu sluchadla na vzdušné vedení; při jednostranné hluchotě	1 ks / <del>10 let</del> 7 let	86957,00- / 1 ks	ne

Ing. Jiří Štěrba

pověřen řízením Odboru zdravotnických prostředků  
VZP ČR