

V Praze dne 14. 3. 2024

Věc: Souhlas SZP ČR s novou úhradovou skupinou 10.03.01.01, 10.03.01.02 a 10.03.01.03

Potvrzuji, že návrh na novou úhradovou skupinu 10.03.01.01, 10.03.01.02 a 10.03.01.03 byl předběžně projednán zaměstnaneckými zdravotními pojišťovnami. Na základě vzájemné dohody zaměstnanecké zdravotní pojišťovny **souhlasí** s novou úhradovou skupinou dle předložené žádosti, a to:

| Číselný kód | Kategorizační strom (úhradová skupina) | Popis | Preskripční omezení | Indikační omezení | Množstevní limit | Úhradový limit bez DPH | Možnost cirkulace |
|-------------|---|---|--|---|------------------|------------------------|-------------------|
| 10.03.01.01 | koncentrátory kyslíku – stacionární | koncentrace kyslíku 87–96% v rozsahu nastavení průtoku 0,5 – 5 l/min; max. hlučnost 43 dBA. | PNE; po schválení zdravotní pojišťovnou | pacient málo mobilní | – | 53,55 Kč / 1 den | ne |
| 10.03.01.02 | koncentrátory kyslíku – mobilní | koncentrace kyslíku 87–96%; – hmotnost do 9 kg; max. hlučnost 48 dBA nutnost uvádět objemy bolusů (v ml) jednotlivých kroků nastavení pulsních režimů (průtok=dechová frekvence krát 1 bolus) | PNE; po schválení zdravotní pojišťovnou | výdej do 2 l/min při zátěži – pacient na elektrickém vozíku nebo pacient mobilní – 6minutový test chůze: vzdálenost chůze bez inhalace kyslíku z původně stanovené minimální 130 metrů na rozpětí od 130 do 199 metrů a s odpovídajícím průtokem kyslíku dojde k navýšení vzdálenosti o 25 a více % a v 6. minutě testu s kyslíkem musí být SpO2 alespoň 85 %; v kombinaci s koncentrátorem kyslíku –stacionárním | – | 133,88 Kč / 1 den | ne |
| 10.03.01.03 | koncentrátory kyslíku – vysokoprůtokový | – | PNE; po schválení zdravotní pojišťovnou | Imobilní pacienti, při potřebě průtoku kyslíku od 5 do 10 litrů | – | 58,90 Kč / 1 den | ne |

Ing. Jan Beneš

předseda Komise pro zdravotnické prostředky
Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Svaz zdravotních pojišťoven ČR
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3