

Stanovisko k žádosti o projednání návrhu na změnu úhradových skupin

Potvrzujeme, že návrh na změnu úhradových skupin **ZP koncentrátoř (UHS 10.03.01.01, 10.03.01.02, 10.03.01.03)** byl projednán s VZP ČR.

Číselný kód	Kategorizační strom (úhradová skupina)	Popis	Preskripční omezení	Indikační omezení	Mn ožst evní limit	Úhradový limit bez DPH	Možnost cirkulace
10.03.01.01	koncentrátoř kyslíku – stacionární	koncentrace kyslíku 87 – 96% v rozsahu nastavení průtoku 0,5 – 5 l/min; max. hlučnost 43 dBA.	PNE; po schválení zdravotní pojišťovnou	pacient málo mobilní	–	49,59 Kč / 1 den 53,55 Kč / 1 den	ne
10.03.01.02	koncentrátoř kyslíku – mobilní	koncentrace kyslíku 87 – 96%; – hmotnost do 9 kg; max. hlučnost 48 dBA nutnost uvádět objemy bolusů (v ml) jednotlivých kroků nastavení pulsních režimů (průtok=dechová frekvence krát 1 bolus)	PNE; po schválení zdravotní pojišťovnou	výdej do 2 l/min při zátěži – pacient na elektrickém vozíku nebo pacient mobilní – 6minutový test chůze: vzdálenost chůze bez inhalace kyslíku z původně stanovené minimální 130 metrů na rozpětí od 130 do 199 metrů a s odpovídajícím průtokem kyslíku dojde k navýšení vzdálenosti o 25 a více % a v 6. minutě testu s kyslíkem musí být SpO2 alespoň 85 %; v kombinaci s koncentrátorem kyslíku – stacionárním	–	123,97 Kč / 1 den 133,88 Kč / 1 den	ne

10.03.01.03	koncentrátory kyslíku – vysokoprůtokový –	PNE; po schválení zdravotní pojišťovnou	Imobilní pacienti, při potřebě průtoku kyslíku od 5 do 10 litrů –	54,55 Kč / 1 den 58,90 Kč / 1 den	ne
-------------	---	--	--	--	----

VZP ČR s výše uvedeným návrhem souhlasí.

Ing. Jiří Štěrbá

pověřen řízením Odboru zdravotnických prostředků
VZP ČR