

SPOLEČNOST REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY

Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Věc: Vyjádření k návrhu České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. na úpravu úhradové skupiny zdravotnických prostředků v kategorizačním stromu – antidekubitní podložky – sedací při vysokém riziku vzniku dekubitů k jednání komise 27.5.2019

Společnost Rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP (dále SRFM) ve vztahu k návrhu České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. na úpravu úhradové skupiny zdravotnických prostředků v kategorizačním stromu v Příloze č. 3 k zákonu č. 48/1997 Sb., oddíl C, Tabulka 1, úhradová skupina 07.06.02.03 antidekubitní podložky – sedací při vysokém riziku vzniku dekubitů:

SRFM vnímá složitou problematiku této kategorie zdravotnických prostředků, kdy na jedné straně je oprávněný požadavek zdravotních pojišťoven na regulaci, na druhé straně zvolená regulace výškou podložky 6 cm jako nepodkročitelným minimem není z odborného hlediska ideálním řešením. SRFM souhlasí s argumentací Českého svazu paraplegiků kvalitou nižší podložky ROHO pro spinální pacienty. Při stanovení limitu 6 cm vypadávají z úhrady v této kategorii právě relativně často používané vzduchové sedáky Roho 5 cm (reálná výška sedáku 5,5cm) (a nejenom tyto). Pacienti s vysokým rizikem dekubitů, kterým vyhovuje sedák Roho 5 cm, by byli nuceni používat sedáky jiné - a možná ne tak vyhovující z pohledu stability sedu (například vyšší sedák Roho 10 cm, a úplně změnit stávající nastavení vozíku, případně již používaný vozík se sedákem Roho 5 cm vyměnit za vozík odpovídající vyššímu sedáku. To se jeví zcela iracionální, zejména u osob nižší tělesné hmotnosti, a nebo drobnější postavy, kde antidekubitní efekt sedáku Roho 5 cm je klinicky ověřen. Současné si je naše společnost vědoma nemožností uvádět preferenci konkrétního výrobku v kategorizačním stromu.

SRFM proto souhlasí s návrhem, aby uvedený požadavek na výšku podložky byl v dané kategorii v případě vzduchového sedáku snížen na výšku 5 cm

Schváleno výborem SRFM dne 7.5.2019

MUDr. Pavel Maršálek
předseda Společnosti Rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP
e-mail: pavel.marsalek@kzcr.eu, telefon 477 113 300 mobil 731 535 639, fax 477 113 332