
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VE VĚCI ZMĚNY UŽITNÉ DOBY ŘEČOVÝCH PROCESORŮ A ZMĚNY VÝŠE ÚHRADY SLUCHADLA PRO KOSTNÍ VEDENÍ

3. 3. 2020, PRAHA, ÚSTŘEDÍ VZP ČR

ÚČASTNÍCI JEDNÁNÍ

VZP ČR: Ing. David Šmehlík, MHA, MUDr. Alena Míková, Ing. Zuzana Přikrylová, Mgr. Jana Kaufmanová, PharmDr. Ivana Hassmanová Címalová, MBA, Mgr. Alžběta Slezáková, MUDr. Romana Švejdová

Svaz zdravotních pojišťoven (SZP ČR): Ing. Jan Beneš, Ing. Pavel Krupička

ČSORLCHHK ČLS JEP (dále OS): prof. MUDr. Viktor Chrobok, CSc., Ph.D., MUDr. Břetislav Gál, Ph.D., MUDr. Jiří Skřivan, CSc.

1. Průběh jednání

OS představila návrh na změnu přechodných ustanovení týkajících se možné výměny řečových procesorů u pacientů implantovaných před 1. 12. 2019. OS navrhuje výměnu řečového procesoru i u těchto pacientů po 7 letech, nikoli po 10 letech. Dále OS v rámci přechodných ustanovení navrhuje u pojištěnců do 18 implantovaných před 1. 12. 2019 upravit množstevní limit řečových procesorů na 1 ks / 5 let. OS v rámci jednání prezentovala počty upgradů řečových procesorů a délky užitné doby procesorů v dalších zemích.

VZP ČR a SZP ČR informovala o skutečnosti, že výjimku na řečové procesory nelze z pohledu pojišťoven uskutečnit i z důvodu, že uživatelé dalších zdravotnických prostředků, u kterých došlo novelou zákona také ke změně UDO, by oproti skupině uživatelů řečových procesorů byli znevýhodněni. Jedná se např. o uživatele přístrojů pro léčbu spánkové apnoe, glukometrů atd. V nákladech zdravotních pojišťoven by se jednalo o výdaje až v řádech několika miliard Kč v průběhu dalších let. Znění přechodných ustanovení by mělo být transparentní vůči všem skupinám pacientů.

OS dále představila návrh v rámci změny kategorizačního stromu na čerpání řečových procesorů pro děti po 5 letech. VZP ČR konstatovala, že v rámci předcházejících jednání se jednalo o věkovou skupinu předškoláků ve věku 0-2 roky pro první implantaci. Ze strany pojišťoven je preferováno jednání k výměně řečového procesoru po 5 letech pouze jedenkrát a to u implantovaných ve věku 0 – 2 roky. Ze strany OS bylo mj. argumentováno technologickým vývojem procesorů. Zástupci pojišťoven zmínili fakt, že může dojít k situaci, kdy během 5 let není dodán výrobcem žádný inovovaný typ procesorů. Zástupci OS upozornili na fakt, že v této době může dojít k fyzickému opotřebením způsobenému např. hrou dítěte na písku apod. Zástupci pojišťoven upozornili, že na tyto případy lze vztáhnout působnost komerčního připojištění procesorů.

OS poukázala na domnělou nesrovnalost v řádku 08.01.02.03 kategorizačního stromu – vibrační sluchadlo na softbandu neimplantabilní systém. OS navrhuje navýšit úhradu tohoto řádku na výši úhrady řádku 08.01.02.04 zevní část implantabilního systému kostního sluchadla. Tj. ze současných 17 391 Kč na 86 957 Kč bez DPH. Zástupci pojišťoven informovali, že řádek 08.01.02.03 byl v plném znění vč. výše úhrady navržen zástupcem OS během jednání ke kategorizačnímu stromu a jedná se o úhradu za sluchadlo typu Contact Mini.

Zástupci OS zašlou aktualizovaný formulář vč. medicínského zdůvodnění pro nový řádek pro zevní část sluchového implantabilního systému pro kostní vedení (produktový název BAHA sluchadlo) a to pro uživatele tohoto systému na softbandu.

2. Závěr

- A) VZP ČR a SZP ČR návrh na změnu podmínek čerpání řečových procesorů pro přechodné období nepodporí.**
- B) Zástupci OS zašlou zástupcům pojišťoven jednoznačné medicínské zdůvodnění, proč snížit UDO na 5 let a u jaké věkové skupiny, když výrobcem je deklarována UDO 8 let.**
- C) Zástupci OS zašlou aktualizovaný formulář vč. medicínského zdůvodnění pro nový řádek pro zevní část sluchového implantabilního systému pro kostní vedení (produktový název BAHA sluchadlo) a to pro uživatele tohoto systému na softbandu.**

dne 4. 3. 2020

Zapsala: Mgr. Kaufmanová

Schválil: Ing. David Šmehlík, MHA

