



Č.j.: MZDR 36161/2023/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 11. PROSINCE 2023

*Přístroj: **RTG PŘÍSTROJ S C-RAMENEM** – OBNOVA*

*Území (město/kraj): Strakonice / Jihočeský kraj*

*Žadatel: **Nemocnice Strakonice a.s.***

*Adresa: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti)*

Podpis předsedy komise

.....  
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA  
předseda komise





Odůvodnění:

*Pro centrum endoskopické péče (CDE centrum) je nutné provést obměnu stávajícího RTG systému sklopné stěny, která je umístěna na pracovišti endoskopie CDE a již po technické stránce nevyhovuje pracovním postupům tohoto specializovaného centra.*

*Nevyhovující je zejména značně omezující skutečnost, že není možné volné nastavení různých úhlových projekcí jak v LAO/RAO tak v CRA/CAU směru a projekcí sdružených úhlů v obou směrech. Rovněž kvalita zobrazení ve vztahu k rostoucí nadváze populace je značně nedostatečná a v mnoha případech prakticky nevyhovující pracovním postupům. Nová technologie skiagrafického systému s C-ramenem, tyto omezující faktory eliminuje a umožní zásadním způsobem zkvalitnit jak celý proces pracovních postupů, tak i kvalitu zobrazení oblasti zájmu v průběhu těchto pracovních postupů.*

