



Č.j.: MZDR 36161/2023/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 11. PROSINCE 2023

*Přístroj:* **EXCIMER LASER** – OBNOVA

*Území (město/kraj):* Praha / Hlavní město Praha

*Žadatel:* **Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní  
nemocnice Praha**

*Adresa:* U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti)*

Podpis předsedy komise

.....  
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA  
předseda komise



Odůvodnění:

*Jedná se o obnovu stávajícího excimerového laseru TECHNOLAS TENEO 317 M2, který byl pořízen v roce 2021.*

*V roce 2022 byl přístroj neopravitelně poškozen při požáru budovy. Jde o pořízení přístroje, který je hlavní součástí refrakčního centra. Excimerový laser slouží k přesnému odpaření povrchových vrstev rohovky, čím dochází ke změně jejího tvaru a z toho vyplývající změně optických vlastností celého oka. Jde o hlavní technologii nezbytnou při refrakčních operacích.*

