



Č.j.: MZDR 36161/2023/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 11. PROSINCE 2023

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1.5T) – OBNOVA**

Území (město/kraj): Opava / Moravskoslezský kraj

Žadatel: **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

Adresa: Olomoucká 86, 746 01 Opava

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise





Odůvodnění:

Radiologické oddělení je v současné době vybaveno jedním MR skenerem o síle pole 1,5T. Stávající MR systém Philips Ingenia je v provozu od 26.09.2016, t.č. se zvýšenou instabilitou systému s nutností nákladných servisních zásahů spojených s mimořádně nákladným doplňováním kapalného He. Za období 05 – 08/2023 celkem 2x spontánní QUENCH přístroje s délkou odstávky cca 15 dnů vzhledem k snížené dostupnosti He.

Cílem je obměna kriticky instabilního MR přístroje Philips. Po 2 QUENCH přístroje v roce 2021 a 2022 způsobených výpadkem napájení přístroje v období víkendu začal systém vykazovat známky tepelné instability, která vyústila ve 2 výše popsané spontánní QUENCH v 2023. Vysoký předpoklad opakování uvedené závady a délka jejího odstranění ohrožuje zajištění plnohodnotné diagnostické péče poskytované radiologickým oddělením Slezské nemocnice v Opavě jak hospitalizovaným pacientům, tak i pacientům v ambulantním režimu. Jako účelná se jeví obměna výše stávajícího MR přístroje za podmínek reflektujících stav a stáří uvedeného přístroje.

