



Č.j.: MZDR 36161/2023/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 11. PROSINCE 2023

Přístroj: **BIOCHEMICKÝ ANALYZÁTOR** – OBNOVA

Území (město/kraj): Karlovy Vary / Karlovarský kraj

Žadatel: **Karlovarská krajská nemocnice a.s.**

Adresa: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova hlavního základního integrovaného biochemického analyzátoru modulárního typu na Oddělení klinické biochemie a hematologie nemocnice v Karlových Varech, Karlovarské krajské nemocnice a.s., resp. výměna za současný přístroj stejné kategorie.

Stávající přístroj byl pořízen a uveden do provozu v roce 2016, přičemž standardní průměrná doba životnosti je udávána 7-8 let. Stávající přístroj: Cobas 6000, sestávající z modulů Core jednotka, c501 a e601, výrobce Roche, servisní org. Roche Diagnostics ČR s.r.o. Přístroj slouží k provádění většiny biochemických vyšetření na OKBH (fotometrických, imunochemických a ISE). Vyšetření jsou zpracovávána v nepřetržitém provozu pro celou nemocnici a další ordinace praktických a odborných lékařů Karlovarského regionu.

KKN bere systém jako modulární z jednotlivých částí, které mohou být implementovány jako související celek, nicméně není to podmínkou. KKN vycházela z cenového rozkladu jednotlivých komponentů daného přístroje a ze sdělení dodavatele ROCHE, který potvrdil modulární skladbu dodávky. Proto KKN nepožadovala před vyhlášením veřejné zakázky stanovisko. Na tuto problematiku funkčního celku byla následně KKN upozorněna kontrolním orgánem dotačního úřadu CRR.

