

**ŽÁDOST O POSOUZENÍ UMÍSTĚNÍ A PROVOZU PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH
PROSTŘEDKŮ, JEJICHŽ PROVOZ JE HRAZEN Z PROSTŘEDKŮ VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO
POJIŠTĚNÍ, NEBO JDE-LI O NÁKUP PŘÍSTROJŮ S POSKYTNUTÍM DOTACE
ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU**

1	Žadatel	Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha
2	IC/DIČ	61383082/CZ 61383082
3	Adresa	U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
4	Statutární zástupce	[REDAKCE]
5	telefon	[REDAKCE]
6	email	[REDAKCE]
7	Kontaktní osoba pověřená statutárním zástupcem	[REDAKCE]
8	telefon	[REDAKCE]
9	email	[REDAKCE]
10	Požadované přístrojové vybavení. Uveďte typově	CT přístroj Dual Source
11	Medicínské zdůvodnění	Využití přístroje pro celé spektrum CT vyšetření včetně akutních vyšetření polytraumat a pro kardiologická vyšetření. Pro tato vyšetření je nezbytně nutné vysoké časové rozlišení přístroje. Toto vysoké časové rozlišení je zásadní parametr, který umožňuje provádět kardiologická vyšetření bez zátěže pacientů betablokátory při jakémkoliv jejich tepové frekvenci. Současný přístroj je zvýšenou tepovou frekvencí pacientů limitován. Dále bude přístroj využíván pro pacienty s onkologickou diagnózou kde je výhodné použití Dual Energy módu a Low Dose CT vyšetření při opakovaných kontrolách. Jiná technická řešení výše uvedené metody neumožňují, či pouze parciálně.
12	Technická specifikace	Příloha č. 1
13	Uveďte konkrétní typ a výrobce přístrojového vybavení číslo 1 splňující technickou specifikaci dle přílohy 1	Typ: SOMATOM Definition Flash, Výrobce: Siemens
14	Uveďte konkrétní typ a výrobce přístrojového vybavení číslo 2 splňující technickou specifikaci dle přílohy 1	
15	Uveďte konkrétní typ a výrobce přístrojového vybavení číslo 3 splňující technickou specifikaci dle přílohy 1	
16	Investiční náklady na pořízení přístrojového vybavení v Kč bez DPH a s DPH	33.057.851,- CZK bez DPH, 40.000.000,- CZK vč. DPH

17	Průzkum trhu dle řádku 12-15	Příloha č. 2
18	Zdůvodnění menšího počtu typů než tři požadovaných.	Vysoké časové rozlišení pro kardiologická vyšetření, vysoké časové rozlišení pro vyšetření polytraumat Traumacentra ÚVN, Dual Emnergy a Low Dose vyšetření pacientů KOC a pacientů KCC
19	Pokud se jedná o unikátní zařízení, žadatel dodá na tento typ potvrzení výrobce/distributora o této skutečnosti	Příloha č. 3
20	Jak bude nákup financován (vlasní zdroje, EU fondy, dary...)	Programové financování MO - ISPROFIN (dotace)
21	Odhad roční produkce výkonů na tomto zařízení	6500
22	Odhad roční produkce bodů na tomto zařízení	15 000 000
23	Předpokládané časové využití přístroje [hod/rok]	2100
24	Je zajištěno personální zabezpečení pro předpokládané časové využití přístroje	Ano
25	Odhad ročních nákladů na spotřební materiál pro toto zařízení. Výpočet z řádku 21 a 22	200 000
26	Odhad ročních nákladů na veškerý pozáruční servis pro toto zařízení. Výpočet z řádku 21 a 22	pozáruční servis - 6.090.000 Kc bez DPH, 7.368.900 Kc s DPH
27	Vyžaduje instalace přístrojového vybavení nějaké další náklady (stavební, datové, instalační atp). Pokud ano, uveďte odhadovanou celkovou částku	Ne
28	Vyžaduje instalace přístrojového vybavení zvýšení počtu personálu. Pokud ano, uveďte odhadovanou celkovou částku na jejich platy včetně odvodů	Ne
29	Je tato investice na obnovované zařízení. Pokud ano, uveďte typ, výrobce a rok pořízení.	Výrobce: Toshiba, Typ: Aquilion one, 2008
30	Roční produkce výkonů na zařízení z řádku 29	6000
31	Roční produkce bodů na zařízení z řádku 29	13 000 000
32	Se kterými ZP jsou uzavřené smlouvy o proplácení výkonů na zařízení?	smlouvy uzavřeny se všemi existujícími zdravotními pojišťovnami v ČR
33	Má žadatel obdobné další přístrojové vybavení - uveďte počet a typ(y)	Ano
34	Roční produkce výkonů na zařízení z řádku 33	7500
35	Roční produkce bodů na zařízení z řádku 33	16 500 000
36	Se kterými ZP jsou uzavřené smlouvy o proplácení výkonů na zařízení z řádku 31 ?	smlouvy uzavřeny se všemi existujícími zdravotními pojišťovnami v ČR

37	Nejbližší zdravotnické zařízení s obdobným přístrojem	Nemocnice na Homolce
38	Je přístrojové vybavení z řádku 10 pořizované do centra specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha je zařazena do následujících center: Traumacentrum, Kardiovaskulární centrum, Cerebrovaskulární centrum

Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé, úplné a nic není zamlčeno.

V Praze

dne 22.12.2017

podpis osoby oprávněné jednat za žadatele

Nedílnou součástí této žádosti je **Příloha č. 4 - studie proveditelnosti**, kterou vyhotoví žadatel:

(Studie proveditelnosti /Feasibility Study/ popisuje projekt z ekonomického a technického hlediska a slouží k hodnocení efektivnosti a realizovatelnosti projektu)

Žádost včetně povinných příloh se zasílá v písemné formě na adresu Ministerstvo zdravotnictví ČR, [redacted]