



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 10905/2025-51/OZP



MZDRX01WICN0

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 11. června 2025

Přístroj: **PET/CT – nová kapacita**

Území (město/kraj): Hořovice (Středočeský kraj)

Žadatel: **NH Hospital a.s., Nemocnice Hořovice**

Adresa: K Nemocnici 1106/14, 268 01 Hořovice

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 12 hlasů pro, 7 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je záměr pořízení nového hybridního PET/CT systému na perspektivně budované pracoviště PET/CT v areálu Nemocnice Hořovice, která je součástí zdravotnické skupiny AKESO holding a.s. Akutní péči poskytuje Nemocnice Hořovice především pacientům ze své spádové oblasti (odhadem 120-130 tisíc obyvatel), což je dáno především dostupností pro záchrannou službu. Elektivní péče je poskytována pacientům prakticky z celé ČR.

Komplexní péče o onkologické pacienty v Nemocnici Hořovice, kterou garantuje úzká vazba nemocnice na Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje, které provozuje vlastní pracoviště v rámci Nemocnice Hořovice a pro své onkologické pacienty tak zajišťuje specializovanou onkologickou péči, přináší konkrétní výsledky v podobě stále zvyšujícího se počtu onkologických pacientů léčených na tomto pracovišti a rámci této skupiny, pro kterou je vyšetření PET/CT nutným standardem nejen v diagnostické, ale i ve follow-up fázi.

Včasná diagnostika u onkologických pacientů za využití spojení tzv. funkčního zobrazení, kterou poskytuje pozitronová emisní tomografie v kombinaci s anatomicou informací, kterou poskytuje CT v rámci hybridního systému PET/CT je nezbytnou součástí managementu terapie, tj. určení vstupního stagingu nádorového onemocnění, zhodnocení její účinnosti a určení další strategie terapie na základě dat, které umožňuje jenom spojení uvedených dvou modalit do jediného zařízení.