



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 10905/2025-66/OZP



MZDRX01WIMWT

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 11. června 2025

Přístroj: **SKIASKOPICKO-SKIAGRAFICKÝ KOMPLET – obnova**

Území (město/kraj): Plzeň (Plzeňský kraj)

Žadatel: **Fakultní nemocnice Plzeň**

Adresa: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň-Bory

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je obnova stávajícího skiaskopicko-skiagrafického přístroje MultiDiagnost Eleva instalovaného v roce 2014, tedy stáří zařízení je 11 let, pro Chirurgické oddělení v areálu Fakultní nemocnice Plzeň Bory.

Přístroj je využíván pro diagnostiku skeletálních traumat, diagnostiku náhlých příhod břišních, onemocnění hrudníku a plic, a dále pak pro skiaskopické výkony jako jsou skiaskopie trávicího traktu včetně pooperačních pasáží traktem, diagnostiku komplikací po robotické operativě a vyšetřování defektografie a v neposlední řadě výměny nefrostomických katetrů pod skiaskopickou kontrolou.

Kromě vyšetření nemocných indikovaných z Chirurgického oddělení slouží pracoviště také pro zajištění celého spektra skiaskopických a skiagrafických vyšetření indikovaných z Interního oddělení, jehož součástí je i oddělení neurorehabilitace, dále II. interní kliniky a Kliniky infekčních nemocí a cestovní medicíny, a to včetně zajištění diagnostiky neodkladných stavů v interní medicíně a infekčním lékařství.