



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 10905/2025-68/OZP



MZDRX01WIOGN

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 11. června 2025

Přístroj: **SKIASKOPICKÝ PŘÍSTROJ S C-RAMENEM – obnova**

Území (město/kraj): Karlovy Vary (Karlovarský kraj)

Žadatel: **Karlovarská krajská nemocnice a.s.**

Adresa: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je obnova přístrojového vybavení oddělení Gastroenterologie ve vazbě na rekonstrukci a modernizaci sálu pro ERCP a Radiologicky asistované endoskopické výkony. Stávající rentgenový přístroj je fyzicky a morálně zastaralý a neodpovídá dnešním standardům zobrazení při těchto výkonech.

Toto pracoviště je jediným poskytovatelem ERCP v Karlovarském kraji se spádem 350 tis. obyvatel (včetně přilehlých okresů Ústeckého, Plzeňského a Středočeského kraje) pro pankreatobiliární vyšetření. V posledních letech stabilně provede kolem 550 těchto vyšetření.

Cílem pořízení nového přístroje je udržení kvality těchto poskytovaných vyšetření. Celková přestavba ERCP sálu má zlepšit podmínky pro provádění toho zákroku s asistencí anesteziologa. Dále modernizace umožní rozšířit poskytované výkony o endosonograficky navigované, radiologicky asistované zákroky. Současně je to jeden z kroků k vybudování Centra digestivní endoskopie v Karlovarském kraji.