



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 10905/2025-71/OZP



MZDRX01WIOY5

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 11. června 2025

Přístroj: **SKIAGRAFICKÝ RTG KOMPLET – obnova**

Území (město/kraj): Most (Ústecký kraj)

Žadatel: **Krajská zdravotní, a.s._Nemocnice Most, o.z.**

Adresa: Jana Evangelisty Purkyně 270, 434 01 Most

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je obnova stávajícího skiagrafického rtg kompletu na Radiologickém oddělení Krajské zdravotní a.s.- Nemocnici Most, o.z. Důvodem obměny je technická a morální zastaralost stávajícího přístroje Digital Diagnost (výrobce Philips), který byl do provozu uveden v roce 2009. Na stávajícím stroji se v předchozím roce opakovaně objevily závady, které způsobily jeho odstavením. Výrobce firmou Philips je k datu 31.12.2025 hlášeno ukončení servisní podpory.