



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 18387/2024-36/OZP



MZDRX01TFFDB

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 11. září 2024

Přístroj: **LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ – obnova**

Území (město/kraj): Znojmo (Jihomoravský kraj)

Žadatel: **Nemocnice Znojmo, p.o.**

Adresa: MUDr. Jana Janského 11, 669 02 Znojmo

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 13 hlasů pro, 1 hlas proti, 1 se zdržel)

.....  
**doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA**  
předseda Komise

*Platnost stanoviska je 24 měsíců od data podpisu předsedy Komise.*





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova lineárního urychlovače (LU), který je využíván pro poskytování zdravotní péče pacientům na pracovišti radiační onkologie v Nemocnici Znojmo p.o.

Tento LU byl uveden do klinického provozu v lednu 2008. V provozu je tedy déle než 16 let, což je již za hranicí morální i mechanické životnosti přístroje. Jeho provoz je současně zatížen častými poruchami, což má negativní dopad na spolehlivost provozu.

Pro zajištění bezpečného provozu je proto nutné provést obměnu původní lineárního ozařovače, který představuje již značně zastaralou technologii, a nainstalovat moderní LU, který bude dovolovat rozšíření o nejmodernější ozařovací postupy.

