



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 22778/2025-47/OZP



MZDRX01YJM8U

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 12. prosince 2025

Přístroj: **STACIONÁRNÍ ANGIOGRAFICKÝ SYSTÉM** (s novým CT vyšší třídy) – obnova
a nová kapacita

Území (město/kraj): Praha (Hlavní město Praha)

Žadatel: **Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha**

Adresa: U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.



Odůvodnění:

Předmětem je obnova a rozšíření stacionárního angiografického systému intervenční radiologie na Radiodiagnostickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha.

Stávající angiografický systém, sériové/výrobní číslo: 666334BU8, byl pořízen v roce 2010 a je na konci své životnosti. Výrobce rovněž v letošním roce 2025 oznámil ukončení servisní podpory a omezenou dostupnost náhradních dílů, nelze tedy již dále garantovat provozuschopnost přístroje. Angiografický systém je jedním ze dvou přístrojů sloužících pro radiologické intervenční výkony a je nezbytným vybavením pro udržení stávajícího spektra, objemu a kvality poskytované péče.

Současně s obnovou angiografického systému bude pořízeno i nové CT vyšší třídy.