



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 22778/2025-48/OZP



MZDRX01YJM9P

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 12. prosince 2025

Přístroj: **MOBILNÍ RTG PŘÍSTROJ PRO 2D FLOUROSKOPII A 3D ZOBRAZOVÁNÍ –
obnova**

Území (město/kraj): Praha (Hlavní město Praha)

Žadatel: **Fakultní nemocnice v Motole**

Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je obnova mobilního RTG přístroje pro 2D fluoroskopii a 3D zobrazování na Klinice spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol. Přístroj nahradí stávající mobilní O-arm, inventární č. 23263, které je využíváno od roku 2009.

V září 2025 byla nahlášena zásadní závada stávajícího přístroje O-arm, kdy nebylo možné provádět expozice při operačním výkonu. Na základě technického posouzení servisní organizace se závada ukázala být fatální. S ohledem na ukončení servisní podpory přístroje v příštím roce a na nejistotu používání přístroje při provedení případné opravy je nutná obměna přístroje. Stávající přístroj je v provozu 16 let. Do současné doby nevykazoval zásadní funkční problémy. Po dobu havárie cca 1,5 měsíce má FN Motol od výrobce vyjednánou zápůjčku náhradního přístroje.