



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 22778/2025-50/OZP



MZDRX01YJMBF

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 12. prosince 2025

Přístroj: **RTG PŘÍSTROJ – UROSKOP – obnova**

Území (město/kraj): Praha (Hlavní město Praha)

Žadatel: **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**

Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je obnova stávajícího RTG přístroje pořízeného v roce 2017, inventární č. 1001768, kdy se vzhledem k jeho opotřebení zvyšuje četnost servisních zásahů, které se následně negativně projevují v odstávce a nemožnosti plynulého provozu ev. provádění výkonů u objednaných pacientů. Jedná se o základní přístroj urologického oboru ke specializované endoskopické a perkutánní diagnostice a terapii pro obor, dále i pro gynekologii a chirurgii při související problematice v kontextu spektra fakultní nemocnice a superspecializovaných center onkourologie, onkogynekologie, onkologie.