



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 22778/2025-51/OZP



MZDRX01YJMCA

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 12. prosince 2025

Přístroj: **CT – obnova**

Území (město/kraj): Pardubice (Pardubický kraj)

Žadatel: **Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.**

Adresa: Sociální péče 3316/12a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je obnova stávajícího CT Ingenuity Elite 128 z roku 2015, výrobní č.: 336167, který je již technicky a morálně zastaralý a ze strany výrobce je avizováno ukončení servisní podpory v průběhu roku 2026.

Cílem obnovy je udržení, respektive zvýšení kvality vyšetření, díky modernější technice, využití AI, snížení radiační zátěže atd.