



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 22778/2025-54/OZP



MZDRX01YJMFV

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 12. prosince 2025

Přístroj: **RTG 3D PERIOPERAČNÍ C-RAMENO – obnova**

Území (město/kraj): Hradec Králové (Královéhradecký kraj)

Žadatel: **Fakultní nemocnice Hradec Králové**

Adresa: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: (15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem je obnova RTG 3D perioperačního C-ramena z roku 2009, výrobní č. 22183, pro centrální operační sály – část úrazové chirurgie.

Jedná se o obnovu 3D C-ramene, které je umístěno na centrálních operačních sálech Bedrnova pavilonu. Přístroj je využíván k provádění chirurgických výkonů v rámci traumatologických operací. Stávající 3D C-rameno je na hranici své morální a fyzické životnosti a postupně přestává stačit rozvíjejícímu se spektru traumatologických výkonů. Modernizace v podobě pořízení nového 3D C-ramene přinese kvalitnější zobrazení, přesnější provádění výkonu a vyšší komfort pacientů i obsluhujícího personálu.