



Praha 2. července 2024

Č. j.: MZDR 8429/2024-65/OZP

MZDRX01SMWUL

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 14. června 2024

Přístroj: **PLYNOVÝ CHROMATOGRAF – obnova**

Území (město/kraj): Praha (Hlavní město Praha)

Žadatel: **Státní zdravotní ústav**

Adresa: Šrobárova 48, 100 00 Praha 10

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova stávajícího přístroje, který byl pořízen v roce 2001, za plynový chromatograf s hmotnostní detekcí s multifunkčním nástřikovým zařízením a olfaktometrem (GC-MS) pro stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) a pachotvorných látek ve vodě pro účely státního zdravotního dozoru a státní správy. Stávající přístroj je zastaralý a podle dodavatele mu byla již ukončena servisní podpora v roce 2013. Nový GC-MS bude sloužit jako náhrada za současně používaný s vylepšením o multifunkční nástřikové zařízení a olfaktometr. Toto zařízení by umožnilo rozšířit rozsah stanovovaných látek, což je požadováno především v rámci měření kvality vody.

Obnovovaný analytický přístroj již nemá vyhovující operační systém. Pořizován byl v roce 2001. Obsažený software funguje na Windows XP, což představuje kybernetickou hrozbu, jelikož se zde nedají provést aktualizace či nainstalovat antivirové programy.