



Praha 2. července 2024

Č. j.: MZDR 8429/2024-72/OZP

MZDRX01SMZL9

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 14. června 2024

Přístroj: **CT – obnova**

Území (město/kraj): Kyjov (Jihomoravský kraj)

Žadatel: **Nemocnice Kyjov p.o.**

Adresa: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

.....  
**doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA**  
předseda Komise





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova a pořízení nového CT přístroje na Radiodiagnostické oddělení jako náhrady za stávající přístroj, který byl v Nemocnici Kyjov instalován začátkem roku 2017 a je již vzhledem ke svému vyřízení, stáří a opotřebení v neuspokojivém technickém stavu. Na přístroji se kumulují poruchy, což vede ke zvýšeným finančním nárokům na opravy a častým výpadkům v provozu. Za standardního provozu se na něm provádí v průměru až 12 000 výkonů ročně (z toho až 330 intervenčních zákroků). Nemocnice Kyjov, p.o. nemá k dispozici druhý přístroj stejného typu.

Obnova CT přístroje je optimálním krokem k zajištění kvalitní zdravotní péče (up-to-date) za použití nižší radiační zátěže. Zároveň nové typy CT přístrojů nabízejí kvalitnější zobrazení a rychlejší obsluhu. Současně budou dodrženy podmínky vyplývající z koncepce oboru Radiologie a zobrazovací metody, akreditačních programů pro vzdělávání a náležitosti zařazení Nemocnice Kyjov, p.o. mezi zdravotnická zařízení zajišťující populační pilotní Program časného zachytu karcinomu plic. Příslušenství přístroje pak zajistí větší bezpečnost při intervenčních výkonech.