



Praha 2. července 2024

Č. j.: MZDR 8429/2024-78/OZP

MZDRX01SN0TL

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 14. června 2024

Přístroj: **ANGIOGRAFICKÝ KOMPLET PRO HYBRIDNÍ OPERAČNÍ SÁL – obnova**

Území (město/kraj): Olomouc (Olomoucký kraj)

Žadatel: **Fakultní nemocnice Olomouc**

Adresa: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova přístrojového vybavení hybridního operačního sálu, kde je provozován angiografický komplet Allura Xper FD 20. Tento přístroj byl instalován v roce 2011 a modernizován v roce 2020. Na základě prohlášení společnosti dodavatele této technologie (společnost Philips Česká republika s.r.o., divize Philips Health Systems), bude u zařízení Allura Xper FD 20 ukončena servisní podpora k 31. 12. 2026. Tento termín na dané typové označení technologie nelze prodloužit žádnou formou částečných upgradů, jelikož se počítá s omezenou životností elektromechanických částí technologie. Obnova je tak nezbytná pro udržení vysokého standardu a rozsahu poskytované péče a současně i vysoké úrovně radiační ochrany pacientů a personálu před ionizujícím zářením, která je nedílnou součástí výkonů proveditelných pouze pod skiaskopickou kontrolou.

