



Praha 2. července 2024

Č. j.: MZDR 8429/2024-80/OZP

MZDRX01SN1IX

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 14. června 2024

Přístroj: **MYCÍ A DESINFEKČNÍ AUTOMAT NA KONTEJNERY – obnova**

Území (město/kraj): Ústí nad Labem (Ústecký kraj)

Žadatel: **Krajská zdravotní, a.s., Masarykova nemocnice Ústí nad Labem, o.z.**

Adresa: Sociální péče 3316, 400 11 Ústí nad Labem

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova mycího a dezinfekčního automatu na kontejnery pro Oddělení centrálních operačních sálů a sterilizace Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem o.z. Stávající myčka byla pořízena v roce 2003 a je již za hranicí své životnosti a bez servisní podpory.

Cílem je v rámci připravované investiční akce provedení komplexní modernizace centrální sterilizace, která v současné době slouží ke sterilizaci pro provoz stávajících operačních sálů a dalších pracovišť odštěpného závodu Krajské zdravotní, a.s. - Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., se zajistí navýšení její kapacity, zejména pro nově vzniklé operační sály a jiná pracoviště v novém pavilonu Kardiocentra. Jednou z klíčových mycích a dezinfekčních technologií je mycí a dezinfekční automat kontejnery.

