



Praha 2. července 2024

Č. j.: MZDR 8429/2024-81/OZP

MZDRX01SN1N8

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 14. června 2024

Přístroj: **SKIAGRAFICKÝ RTG PŘÍSTROJ – obnova**

Území (město/kraj): Praha (Hlavní město Praha)

Žadatel: **Fakultní nemocnice v Motole**

Adresa: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

.....  
**doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA**  
předseda Komise





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova rentgenového přístroje na Klinice zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol – dospělá část, který se využívá pro snímkování traumatologických pacientů a pacientů urgentního příjmu. Stávající rentgenový přístroj je využívám k vyšetřování pacientů zasílaných urgentním příjmem. Ročně se na něm vyšetří přibližně 50 tisíc pacientů.

Přístroj je využíván od roku 2016 a je v havarijním stavu. V současné době má poškozený volný digitální detektor a jeho náhrada je obtížná jak z finančního hlediska, tak i technologicky, a to z důvodu softwarové kompatibility. Volný detektor (v současné době nefunkční) umožňuje vyšetření pacienta na transportním lůžku bez manipulace s pacientem, což umožňuje vyšetřování pacientů i v akutním stavu. V případě absence volného detektoru je nutnost překládání pacientů na RTG vyšetřovací stůl, což má za následek nejenom diskomfort pacientů, ale také snížení průchodnosti pracoviště, delší čekací doby pacientů a ztížení pracovních podmínek zaměstnanců (fyzické překládání pacientů z transportního lůžka na vyšetřovací stůl).