



Praha 2. července 2024

Č. j.: MZDR 8429/2024-84/OZP

MZDRX01SN279

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 14. června 2024

Přístroj: **HYPERBARICKÁ KOMORA – obnova**

Území (město/kraj): Praha (Hlavní město Praha)

Žadatel: **Nemocnice Na Homolce**

Adresa: Roentgenova 37, 150 00 Praha 5

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 14 hlasů pro, 0 hlasů proti, 2 se zdrželi)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova hyperbarické komory, která byla instalována na Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Nemocnice Na Homolce v roce 2013.

Jako jediná je v Praze k dispozici 24 hodin denně pro potřeby ZZS Hl. M. Prahy. Vzhledem ke stáří stávající hyperbarické komory byla ze strany výrobce ukončena servisní podpora některých komponent např. plicního ventilátoru a infuzní techniky. K těmto přístrojům již nejsou k dispozici náhradní díly a v případě jakékoliv poruchy budou muset být vyřazeny z provozu a tím dojde k odstavení hyperbarické komory pro ventilované pacienty.

