



Praha 2. července 2024

Č. j.: MZDR 8429/2024-92/OZP

MZDRX01SN2XN

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 14. června 2024

Přístroj: **STACIONÁRNÍ DIGITÁLNÍ SKIAGRAFICKÉ RTG ZAŘÍZENÍ – obnova**

Území (město/kraj): Tábor (Jihočeský kraj)

Žadatel: **Nemocnice Tábor, a.s.**

Adresa: Kpt. Jaroše 2000, 390 03 Tábor

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 15 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova stávající přístrojové techniky a pořízení nového stacionárního digitálního skiografického RTG zařízení se stropním závěsem, se třemi detektory pro provádění snímků skeletu, plic a břicha, včetně snímků vestoje horizontálním paprskem na detektor u vertigrafu, s možností snímkování vleže na stole horizontálním paprskem na detektor ve stole. Nový přístroj by měl být vybaven tak, aby zajišťoval bezproblémovou nepřetržitou možnost RTG vyšetření. Větší množství požadovaných detektorů má zajistit jak případný nepřetržitý provoz v případě poruchy jednoho z nich, tak i možnost použití při rentgenování přímo na lůžkových odděleních.

Stávající skiografický přístroj je v provozu od dubna 2018 a od té doby je téměř ve 24hodinové denní permanenci. Vzhledem k vysoké vytíženosti přístroj začíná vykazovat častější drobné poruchy.

