



Č.j.: MZDR 17769/2023/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 15. ČERVNA 2023

Přístroj: **SKIAGRAFICKO-SKIASKOPICKÝ RTG (INTERNA)**
- OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Fakultní nemocnice Bulovka**

Adresa: **Budínova 67/2, 180 81 Praha 8**

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise



Odůvodnění:

Fakultní nemocnice Bulovka žádá o obnovu skiaskopicko-skiagrafického RTG systému určeného pro Interní oddělení. Přístroj nahradí stávající skiaskopicko-skiagrafický RTG Mecall Eidos 439 (S3-3057) z roku 2015, který se blíží konci své životnosti. Přístroj je určen pro provoz převážně Interní kliniky a pro celou nemocnici k provádění výkonů Gastroenterologického centra.

Obnova přístrojového vybavení v oblasti skiagrafie a skiaskopie-skiagrafie ve FNB je nezbytná pro zachování rozsahu péče o pacienty. Stávající přístroj je v provozu od roku 2015 a blíží se konci své životnosti. Přístroj je tak nutné nahradit, aby byla zajištěna Gastroenterologické péče pro pacienty FN Bulovka a jejich onkocenter. S ohledem na plánované vyhlášení výzvy na podporu onkologické péče z NPO a nutnost předložení stanoviska PK MZ, jakožto povinné přílohy žádosti, žádá FNB o schválení obnovy s tím, že pořízení přístroje proběhne v roce 2025.

V rámci Gastroenterologického centra bylo provedeno v roce 2022 celkem 338 endoskopických retrográdních cholangiopankreatografií (ERCP), 5 vyšetření polykacího aktu jícnu, 11 nástřiků sondy.

Pro interní oddělení bylo provedeno 2938 vyšetření hrudníku, 354 nativních snímků břicha a 358 snímků skeletu, kloubů, končetin a páteře.

Vlastnosti nových skiagrafických přístrojů musí odpovídat zejména jejich využití podle umístění. Skiaskopicko-skiagrafický přístroj se využívá při GIT a je jediným tohoto typu na tomto pracovišti. Jeho náhrada je nutná pro zachování vyšetření ERCP v gastroenterologickém centru FNB.

