



Č.j.: MZDR 17769/2023/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 15. ČERVNA 2023

*Přístroj:* **LINEÁRNÍ URYCHLOVAČ (LU)** – OBNOVA

*Území (město/kraj):* Pardubice / Pardubický kraj

*Žadatel:* **KOC Pardubického kraje, Multiscan s.r.o.**

*Adresa:* Okružová 1135/44, 155 00 Praha 5

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 13 hlasů pro, 0 hlasů proti)*

Podpis předsedy komise

.....  
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA  
předseda komise



Odůvodnění:

*Jedná se o obnovu lineárního urychlovače Varian Truebeam, který byl pořízen v průběhu roku 2015. Na přístroji nebyl během jeho užívání proveden žádný upgrade. Přístroj byl, především v první polovině svého životního cyklu, významně zatížen preferenčním užíváním v klinické praxi až do pořízení nového identického přístroje v roce 2019. Díky tomu některé součásti přístroje vykazují vysokou míru opotřebení, která se projevuje nárůstem potřeby servisních zásahů. Dále se v žádosti jedná o upgrade, případně o výměnu, verifikačního systému (v závislosti na instalovaném systému), která přímo souvisí s instalací nové technologie a dodání příslušných dozimetrických nástrojů, které umožní precizní kontrolu kvality a jsou nezbytně nutné pro správné nastavení svazku.*

