



Č.j.: MZDR 17769/2023/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 15. ČERVNA 2023

Přístroj: **CT SPEKTRÁLNÍ** – OBNOVA

Území (město/kraj): Zlín / Zlínský kraj

Žadatel: **Krajská nemocnice T. Bati, a.s.**

Adresa: Havlíčkovo nábř. 600, 762 75 Zlín

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 10 hlasů pro, 1 hlas proti, 2 se zdrželi)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise



Odůvodnění:

Záměrem Krajské nemocnice T. Bati, a. s. je obnova spektrálního CT přístroje na oddělení zobrazovacích metod.

Konkrétně se jedná o obnovu přístroje Brilliance CT64 Channel z roku 2019 s provedeným upgradem v roce 2021.

Stávající přístroj postupně dosluhuje a zkracuje se interval servisů – častější výpadky mají vliv na snížení celkové kapacity vyšetření. CT vyšetření slouží především pro onkologické pacienty. Nejen v diagnostice (pracoviště je součástí screeningového programu rakoviny plic), ale taktéž pro dispenzární péči. Spektrální CT umožňuje zobrazení více informací při nižší dávce záření. Klinickým pracovníkům poskytuje vysoké rozlišení a přesnější diagnostiku s určením konečné diagnózy.

