



Č.j.: MZDR 17769/2023/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 15. ČERVNA 2023

Přístroj: **ANGIOGRAFICKÝ SYSTÉM PRO KARDIOCHIRURGII**
- OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Institut klinické a experimentální medicíny**

Adresa: Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 13 hlasů pro, 0 hlasů proti)

Podpis předsedy komise

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je schválení obnovy angiografického systému pro hybridní operační sál na Klinice kardiologie IKEM. Jedná se o obnovu angiografu AXIOM Artis ZeeGO, výrobce Siemens, instalovaného v roce 2010. Servisní podpora stávajícího systému končí 30. 6. 2025. Předpokládaný termín instalace a zprovoznění nového systému je druhá polovina roku 2024.

Na novém systému se předpokládá provádění hybridních výkonů, tj. kombinace chirurgických výkonů s katetrizačními a vaskulárními skiaskopicky vedenými výkonů, jak kardiologických (např. TAVI, explantace elektrod), tak také nekardiologických (např. implantace stengraftu do aorty).

Kardiologické pracoviště slouží jako superkonziliární centrum, kdy kromě pacientů ze spádové oblasti jsou prováděny i výkony s celorepublikovou působností.

