



Č.j.: MZDR 17769/2023/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 15. ČERVNA 2023

*Přístroj:* **EXTRAKČNÍ LASEROVÝ SYSTÉM** – OBNOVA

*Území (město/kraj):* Praha / Hlavní město Praha

*Žadatel:* **Nemocnice Na Homolce**

*Adresa:* Roentgenova 37/2, 150 30 Praha 5 - Motol

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 12 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 se zdržel)*

Podpis předsedy komise

.....  
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA  
předseda komise



Odůvodnění:

*Jedná se o schválení nákupu extrakčního laserového systému, který bude používán na elektrofyziologických sálech kardiologického oddělení. Jedná se o obnovu techniky. Nový přístroj nahradí stávající laserový systém CVX-300, který je používán od roku 2010.*

*Unikátní přístroj pro život zachrňující extrakci endovazálních stimulačních/defibrilačních elektrod pro trvalou kardiostimulaci. V případě použití tohoto systému je možné provádět výkon pouze katetrizačně, bez nutnosti kardiochirurgického přístupu. Výkon je prováděn intervenčním kardiologem. Tento přístroj značně snižuje život ohrožující rizika spojená s tímto výkonem.*

