



V Praze dne 10. července 2020

Č.j.: MZDR 25466/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 18. ČERVNA 2020

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T)** – NOVÁ KAPACITA

Území (město/kraj): Mělník / Středočeský kraj

Žadatel: **MR Centrum Mělník, s.r.o.**

Adresa: Pod Krejčárkem 975/2, 130 00 Praha 3

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdrželi)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
předseda komise



Odůvodnění:

Společnost MR Centrum Mělník, s.r.o. požádala o schválení umístění a provozu magnetické rezonance 1,5T, v areálu Nemocnice Mělník. Žadatel, kterého si nemocnice vybrala ve výběrovém řízení, disponuje více než patnáctiletými odbornými zkušenostmi v oblasti vyšetřování magnetickou rezonancí, provozuje pracoviště MR ve velkých univerzitních, fakulních, krajských nebo městských nemocnicích v rámci EU a disponuje více než stovkou zkušených odborníků z oblasti zobrazovací diagnostiky. V okrese Mělník není v provozu žádné pracoviště MR a Středočeský kraj, patří ke krajům s nejnižším počtem instalovaných MR přístrojů ve vztahu k počtu obyvatel. V současné době jsou pacienti z regionu odesíláni na vzdálenější pracoviště v jiných okresech a krajích.

Žadatel:	MR Centrum Mělník, s.r.o.					
Přístrojové zařízení:	magnetická rezonance (MR 1,5T)					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	3 954	4 349				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	6,9					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	120					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	75	25
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

