

V Praze dne 10. července 2020

Č.j.: MZDR 25466/2020/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 18. ČERVNA 2020

*Přístroj:* **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T)** – NOVÁ KAPACITA

*Území (město/kraj):* Karviná / Moravskoslezský kraj

*Žadatel:* **Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková  
organizace**

*Adresa:* Vydmučov, 399/6, Ráj, 734 01 Karviná

Stanovisko komise: **NEDOPORUČENO**

*(hlasování: 0 hlasů pro, 13 proti, 7 se zdrželo)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
předseda komise



Odůvodnění:

*Žádost byla komisí projednávána již třikrát: 12.9.2019 – odloženo, 13.11.2019 – nedoporučeno a 27.2.2020 – odloženo s tím, že bude záměr projednán s Moravskoslezským krajem. Žadatel v žádosti doložil stanovisko kraje (dopis náměstka hejtmána MUDr. Martina Gebauera), který investiční záměr podporuje a doporučuje k realizaci.*

*Pořízením přístroje bude rozšířeno pracoviště nemocnice o moderní diagnostickou metodu, čímž by došlo ke zlepšení péče o pacienty, zvláště pak zkrácení čekací lhůty na vyšetření. Moravskoslezský kraj má zájem na tom, aby Nemocnici s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, bylo umožněno realizovat projekt pořízení magnetické rezonance.*

*Členové komise konstatovali, že je počet magnetických rezonancí v daném regionu velmi vysoký. Zdravotní pojišťovny z hlediska dostupnosti vyšetření novou kapacitu nepotřebují.*





Žadatel:

NsP Karviná-Ráj, p.o.

Přístrojové zařízení:

magnetická rezonance (MR 1,5T)

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%

3 954 4 349

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

17749046 19 523 951

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS

6,9

Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]

120

	ANO	NE	váha ano	váha ne	pře-počtené ano	pře-počtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořízovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	55	45
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					



