



V Praze dne 10. července 2020

Č.j.: MZDR 25466/2020/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 18. ČERVNA 2020

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 3T)** – NOVÁ KAPACITA

Území (město/kraj): Kolín / Středočeský kraj

Žadatel: **Oblastní nemocnice Kolín, a.s.**

Adresa: Žižkova 146, 280 01 Kolín

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 17 hlasů pro, 0 proti, 4 se zdrželi)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
předseda komise



Odůvodnění:

*Nemocnice na svém MR pracovišti poskytuje péči na přístroji od roku 2010. Ten je časově velmi vytížen a objednací doby se prodlužují. Průběžně navíc roste poptávka po komplikovanějších vyšetřeních, které není nemocnice na současném, zastaralém přístroji schopna provést, nebo je provádí za cenu výrazných prodlužování času vyšetření. Z této potřeby vycházejí požadavky na diagnostiku pomocí nové magnetické rezonance se silou magnetického pole 3T. Pokud bude instalace provedena, významně selepší dostupnost náročných vyšetření i jejich kvalita a výrazně se zkrátí objednací doby na MR vyšetření, což povede ke zvýšení dostupnosti vyšetření. Nyní jsou MR vyšetření zajišťována na časově zcela vytíženém MR přístroji s indukcí magnetického pole 1,5 Tesla, vyšetření jsou prováděna v dvousměnném provozu, počet vyšetření je dlouhodobě vysoký. Pro pacienty regionu vyžadující MR vyšetření v nemocnici není k dispozici MR přístroj s vyšší indukcí magnetického pole (3 T), který by umožnil provádění výkonů ve vyšší kvalitě a tím např. s možností zobrazení drobnějších struktur a jejich změn.*





Žadatel:

Oblastní nemocnice Kolín a.s

Přístrojové zařízení:

magnetická rezonance (MR 3T)

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%

3 954 4 349

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS

6,9

Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]

120

	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoké specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	75	25
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					



