



V Praze dne 10. července 2020

Č.j.: MZDR 25466/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 18. ČERVNA 2020

Přístroj: **ZAŘÍZENÍ PRO ROBOTICKOU RADIOCHIRURGII
A STEREOTAKTICKOU RADIOTERAPII (CYBER KNIFE)**
- NOVÁ KAPACITA

Území (město/kraj): *Ostrava / Moravskoslezský kraj*


Žadatel: **Fakultní nemocnice Ostrava**

Adresa: *17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 21 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu vybavení odborného medicínského pracoviště – ozařovny Onkologické kliniky – amortizovaného systému pro stereotaktickou radiochirurgii a celotělovou stereotaktickou radioterapii CyberKnife Robotic Radiosurgery Systém, rok výroby 2009, za vysoce sofistikovaný systém, odpovídající požadavkům tohoto odborného pracoviště. Navíc byla ukončena servisní podpora stávajícího přístroje.

Nový přístroj zajistí zvýšení efektivity léčby a úsporu finančních prostředků (snížení dávky na pacienta, miniinvazivita zákroku, zpřesnění diagnostiky, ...). Současně dojde ke zkrácení doby léčby s přímým dopadem na zlepšení kvality života.

Žadatel:

Fakultní nemocnice Ostrava

Přístrojové zařízení:

CyberKnife

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS

Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]

| | ANO | NE | váha ano | váha ne | přepočtené ano | přepočtené ne |
|---|----------|----|-----------|---------|----------------|---------------|
| Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR? | 1 | | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. | | | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad | | | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit | | | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR | | | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění? | | 1 | Absolutní | | | |
| | | | 100 | 100 | 25 | 0 |
| Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5 | ANO | | | | | |
| Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění | NEPRAVDA | | | | | |
| Doporučení k nákupu zdravotnické technologie | ANO | | | | | |

