



V Praze dne 10. července 2020

Č.j.: MZDR 25466/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 18. ČERVNA 2020

Přístroj: **ENDOSONOGRAFICKÝ SYSTÉM** – OBNOVA

Území (město/kraj): Ostrava / Moravskoslezský kraj

Žadatel: **Fakultní nemocnice Ostrava**

Adresa: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu již amortizovaného přístroje Olympus z roku 2010 na Oddělení gastroenterologie, hepatologie a pankreatologie Interní kliniky adekvátním systémem, odpovídajícím aktuálním medicínským a diagnostickým metodám a požadavkům. Nový přístroj umožní zvýšení efektivity léčby.

Žadatel:

Fakultní nemocnice Ostrava

Přístrojové zařízení:

endosonografický systém pro gastro aplikace

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS

Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]

| | ANO | NE | váha ano | váha ne | přepočtené ano | přepočtené ne |
|---|----------|----|-----------|---------|----------------|---------------|
| Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR? | 1 | | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. | | | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad | | | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit | | | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR | | | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění? | | 1 | Absolutní | | | |
| | | | 100 | 100 | 25 | 0 |
| Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5 | ANO | | | | | |
| Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění | NEPRAVDA | | | | | |
| Doporučení k nákupu zdravotnické technologie | ANO | | | | | |

