



V Praze dne 18. července 2020

Č.j.: MZDR 25466/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 18. ČERVNA 2020

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T)** – UPGRADE

Území (město/kraj): Karlovy Vary / Karlovarský kraj

Žadatel: **Karlovarská krajská nemocnice a.s.**

Adresa: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
předseda komise



Odůvodnění:

Upgrade magnetické rezonance (Philips Achieva 1.5T) v nemocnici v Karlových Varech je nutným a optimálním krokem pro zajištění kvalitní zdravotní péče, snížení čekacích dob, eliminaci již technicky a morálně zastaralé MR, pořízené v rámci dotačních projektů v 06/2012.

Hlavními důvody upgrade jsou:

- hospodárné využití veřejných prostředků – forma upgrade je finančně méně náročná, stavebně pak zcela nenáročná, nicméně tato forma však zajistí zvýšení technické úrovně přístroje, sníží výpadky provozu a současně zajistí zvýšené kvalitativní požadavky zdravotnické diagnostiky;*
- vzhledem k počtu dvou MRI přístrojů v kraji a čekacím dobám je nezbytné navýšit dostupnost vyšetření občanům tohoto kraje tak, aby nedocházelo v diagnosách a adekvátnímu nastavení terapie s prodlením;*
- v roce 2019 KKN provedla 5120 vyšetření, bohužel kumulují se závady na stávajícím MRI přístroji, které již si vyžádaly mnohé investice a zapříčinily výpadky v možnosti poskytovat servis pacientům. Bohužel nejcitelněji byli zasáhnuty děti a dospělí, kterým bylo vyšetření poskytováno v celkové anestezii.*





Žadatel:

Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Přístrojové zařízení:

magnetická rezonance (MR 1,5T)

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%

3 954 4 349

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

17749046 19 523 951

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS

6,9

Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]

120

	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanovené ho technické ho vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládán počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	80	20
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					



