



V Praze dne 10. července 2020

Č.j.: MZDR 25466/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 18. ČERVNA 2020

Přístroj: **VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT)** – UPGRADE

Území (město/kraj): Ústí nad Labem / Ústecký kraj


Žadatel: **Krajská zdravotní a.s.**

Adresa: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova počítačového tomografu Philips Brilliance iCT 128 SP z roku 2009 formou upgrade pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, o.z., na stávajícím CT pracovišti Radiologické kliniky.

Důvodem požadavku je morální a fyzická zastaralost stávajícího přístroje, který již nevyhovuje moderním postupům v CT diagnostice. Schází moderní odpovídající SW. Upgrade zařízení nepochybně přispěje ke zvýšení kvality zobrazení a efektivnější diagnostice. Přístroj bude umístěn ve stávajících prostorách, takže se předpokládají zcela minimální stavební úpravy.

Žadatel:	Krajská zdravotní a.s.					
Přístrojové zařízení:	výpočetní tomografie (CT)					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	4 301	4 731				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	14,1					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)	26,4					
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	90					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit	1		15	15	0	15
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	65	35
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

