



V Praze dne 10. července 2020

Č.j.: MZDR 25466/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 18. ČERVNA 2020

Přístroj: **MAGNETICKÁ REZONANCE (MR 1,5T)** – UPGRADE

Území (město/kraj): Ústí nad Labem / Ústecký kraj


Žadatel: **Krajská zdravotní a.s.**

Adresa: Sociální péče 3316/12a, 400 11 Ústí nad Labem

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je upgrade MR skeneru Magnetom Avanto setem Avanto FIT pro Krajskou zdravotní, a.s. – Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem o.z. na stávajícím MR pracovišti Radiologické kliniky.

Důvodem požadavku je morální a fyzická zastaralost stávajícího přístroje, který již nevyhovuje moderním postupům v MR diagnostice. Schází moderní vícekanálové cívky a odpovídající SW. Upgrade zařízení nepochybně přispěje ke zvýšení kvality zobrazení a efektivnější diagnostice.

Aplikace nových, neustále se vyvíjejících sekvencí a vyšetřovacích algoritmů umožní sledovat poslední vývoj MR zobrazování.

| Žadatel: | Krajská zdravotní a.s. | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|---------|-----------------|----------------|
| Přístrojové zařízení: | magnetická rezonance (MR 1,5T) | | | | | |
| Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10% | 3 954 | 4 349 | | | | |
| Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10% | 17749046 | 19 523 951 | | | | |
| Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS | 6,9 | | | | | |
| Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat) | | | | | | |
| NARÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min] | 120 | | | | | |
| | ANO | NE | váha ano | váha ne | pře-početné ano | pře-početné ne |
| Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoké specializované péče dle Věstníku MZ ČR? | 1 | | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. | 1 | | 25 | 25 | 25 | 0 |
| Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad | 1 | | 20 | 20 | 20 | 0 |
| Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit | | 1 | 15 | 15 | 15 | 0 |
| Využití nové pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR | 1 | | 15 | 15 | 15 | 0 |
| Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění? | | 1 | Absolutní | | | |
| | | | 100 | 100 | 100 | 0 |
| Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5 | ANO | | | | | |
| Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění | NEPRAVDA | | | | | |
| Doporučení k nákupu zdravotnické technologie | ANO | | | | | |

