



V Praze dne 10. července 2020

Č.j.: MZDR 25466/2020/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 18. ČERVNA 2020

Přístroj: **KARDIOANGIOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ** – OBNOVA

Území (město/kraj): Ostrava / Moravskoslezský kraj

Žadatel: **Městská nemocnice Ostrava, p.o.**

Adresa: Nemocniční 898/20A, 728 80 Ostrava

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise

prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
předseda komise



Odůvodnění:

Jedná se o obnovu přístroje Innova 2100, GE z roku 2011 na katetrizačním sále nemocnice. Původní přístroj vykazuje potřebu častých servisních zásahů, které jsou navíc zdlouhavé. Na přístroj se již nelze spoléhat, v případě poruchy je omezen provoz na dalším sále, který slouží primárně pro arytmiologické výkony. Přístroj je využíván prakticky denně. Obnova je nutná pro pokračování plnohodnotného provozu oddělení kardiologie.

Žadatel:	Městská nemocnice Ostrava, p.o.					
Přístrojové zařízení:	angiografický systém					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	1 468	1 615				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	12,3					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)						
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	45					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoké specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad	1		20	20	20	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit		1	15	15	15	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	75	25
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

