



V Praze dne 10. července 2020

Č.j.: MZDR 25466/2020/OZP

## STANOVISKO

### KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 18. ČERVNA 2020

Přístroj: **VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (CT)** – OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha


Žadatel: **Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského**

Adresa: *Vlašská 336/36, 118 00 Praha 1 – Malá Strana*

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

*(hlasování: 19 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)*

Podpis předsedy komise

  
.....  
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.  
předseda komise



Odůvodnění:

Obnova přístroje Somatom Definition AS, Siemens z roku 2011. Důvodem jsou zhoršené parametry, stáří přístroje a brzká nutnost investic do výměny rtg. lampy. Nový CT přístroj bude využíván pro základní i urgentní diagnostiku pacientů, zejména k provedení nativních i postkontrastních CT vyšetření. Nový systém umožní zkrácení diagnostické doby vyšetření, včetně snížení radiační dávky u jednotlivých vyšetření i objemu podávané kontrastní látky.

Žadatel:	Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejské					
Přístrojové zařízení:	výpočetní tomografie (CT)					
Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%	4 301	4 731				
Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%						
Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS	14,1					
Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat)	26,4					
NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]	90					
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nespĺňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad		1	20	20	0	20
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit			15	15	0	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR		1	15	15	0	15
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	25	60
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	NE					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	NE					

