



V Praze dne 10. července 2020

Č.j.: MZDR 25466/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 18. ČERVNA 2020

Přístroj: **SKIAGRAFICKÝ RTG PŘÍSTROJ – OBNOVA**

Území (město/kraj): Žďár nad Sázavou / Kraj Vysočina


Žadatel: **Poliklinika Žďár nad Sázavou, p.o.**

Adresa: Studentská 1699/4, 591 01 Žďár nad Sázavou

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 19 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
předseda komise



Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova skiagrafického rtg přístroje. Vzhledem k tomu, že životnost skiagrafického rtg již skončila, je nutné nejpozději v průběhu roku 2020 pořídit přístroj nový. Původní přístroj byl pořízen v roce 2002, je mu již tedy 18 let. Doporučovaná doba životnosti takového přístroje je pouhých 8 let. Již skončila garance výroby a dostupnost náhradních dílů. Běžná technická kontrola povolila provoz pouze do dubna roku 2021, poté se musí buď vyměnit tažná lana, stůl a lampa nebo pořídit nový přístroj. Vzhledem k věku přístroje a nejisté dostupnosti náhradních dílů, se žadatel rozhodl pro variantu pořízení nového přístroje.

Provozování rentgenového pracoviště na poliklinice má dlouholetou historii. Žďár nemá svou nemocnici, i když má velkou spádovou oblast a jeho služeb využívá stále více pacientů. Poliklinika tak částečně supluje služby nemocnice. Spádová oblast je kolem 40.000 klientů. Vytíženost rentgenového pracoviště neustále narůstá. Pacienti jsou na pracoviště přijímáni ihned, bez objednání a dlouhých čekacích lhůt. Navíc přibývá imobilních pacientů, kteří potřebují rtg vyšetření z důvodu přiznání příspěvku na péči. Rovněž přibývají zahraniční klienti, kteří jsou zaměstnanci okolních firem. U těchto je povinné snímkování plic. Vytíženost pracoviště neustále narůstá.





Žadatel:

Poliklinika Ždár nad Sázavou, p.o.
skiografický RTG přístroj

Přístrojové zařízení:

Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10%

Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10%

Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS

Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD
dle dostupnosti dat)

NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb
307/2012 Sb. [min]

	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?		1	25	25	0	25
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.	1		25	25	25	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpoklad			20	20	0	0
Využítí stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit			15	15	0	0
Využítí nově pořízovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR	1		15	15	15	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	40	25
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					



