



V Praze dne 10. července 2020

Č.j.: MZDR 25466/2020/OZP

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ NOVÝCH PŘÍSTROJOVÝCH TECHNOLOGIÍ A KAPACIT HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ZE DNE 18. ČERVNA 2020

Přístroj: **ENDOSKOPICKÝ SYSTÉM PRO BRONCHOLOGII**

– OBNOVA

Území (město/kraj): Praha / Hlavní město Praha

Žadatel: **Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**

Adresa: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha

Stanovisko komise: **ODLOŽENO**

(hlasování: 17 hlasů pro odložení, 0 proti, 2 se zdrželi)

Podpis předsedy komise


.....
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.
předseda komise



Odůvodnění:

Obnova zastaralého a částečně nefunkčního přístroje z roku 2011 pro intervenční a diagnostickou bronchologii.

Vzhledem k uvedené vysoké předpokládané pořizovací ceně přístroje komise odložila konečné posouzení obnovy přístroje na příští jednání s tím, že žadatel doplní kalkulaci ceny přístroje.

Žadatel:	VFN					
	Vybavení pro bronchoskopické pracoviště					
Přístrojové zařízení: Průměr ČR (vyšetření/rok) roční nárůst 10% Průměr ČR (bodů/rok) roční nárůst 10% Počet na 1 000 000 obyvatel dle ÚZIS Počet přístrojů / 1 mil. obyvatel (sousední země nebo země OECD dle dostupnosti dat) NAŘÍZENÍ VLÁDY o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb 307/2012 Sb. [min]						
		0				
	ANO	NE	váha ano	váha ne	přepočtené ano	přepočtené ne
Bude přístrojové vybavení součástí stanoveného technického vybavení centra vysoce specializované péče dle Věstníku MZ ČR?	1		25	25	25	0
Geografické umístění přístroje: splňuje/nesplňuje požadavky Nařízení vlády č. 307/2012 Sb.			25	25	0	0
Demografické umístění přístroje: je počet přístrojů v daném kraji dle počtu obyvatel menší než předpokládá			20	20	0	0
Využití stávajících přístrojů: má žadatel obdobný přístroj a v jaké míře je tento přístroj využit			15	15	0	0
Využití nově pořizovaného přístroje: je předpokládaný počet výkonů vyšší než průměr v ČR			15	15	0	0
Nebude přístrojové vybavení vyžadovat úhrady ze zdravotního pojištění?		1	Absolutní			
			100	100	25	0
Doporučení k nákupu dle kritérií na řádcích 1-5	ANO					
Bude žadatel provoz financovat mimo úhradu z veřejného zdravotního pojištění	NEPRAVDA					
Doporučení k nákupu zdravotnické technologie	ANO					

