



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 28832/2024-82/OZP



MZDRX01VP1OY

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 2. dubna 2025

Přístroj: **LITOTRYPTOR – obnova**

Území (město/kraj): Praha (Hlavní město Praha)

Žadatel: **Fakultní nemocnice Královské Vinohrady**

Adresa: Šrobárova 50, 100 34 Praha 10

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova litotryptoru z roku 2006 na Urologické klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zařízení je v provozu 18 let a z hlediska provozu patří uvedené pracoviště, co do počtu výkonů, k nejvytíženějším a nejvýznamnějším pracovištím LERV v České republice.

Stav systému plně odpovídá době použití, náhradní díly jsou již delší dobu nedostupné a hrozí havarijní stav a odstavení pracoviště. K tomu servisní organizace již v 11/2024 avizovala nemožnost dalších bezpečnostně technických kontrol.