



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 28832/2024-92/OZP



MZDRX01VP24J

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 2. dubna 2025

Přístroj: **3D C-RAMENO – obnova**

Území (město/kraj): Praha (Hlavní město Praha)

Žadatel: **Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha**

Adresa: U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova stávajícího přístroje, jejímž cílem je řešení havarijního stavu tohoto přístroje na operačních sálech pro potřeby Neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (ÚVN). Přístroj je více než 15 let starý a oprava je již neřešitelná. Nový přístroj umožní zachování kontinuity operativy.

Havarijní technický stav současného vybavení neumožňuje využívání stávajícího přístroje. Výpadek je v současnosti řešen externí zápůjčkou přístroje nižší kategorie, jelikož ÚVN nedisponuje obdobným zařízením, kterým by bylo možné saturovat potřebu operačních sálů.