



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 28832/2024-93/OZP



MZDRX01VP269

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 2. dubna 2025

Přístroj: **ENDOSKOPICKÁ SESTAVA PRO GIT – obnova**

Území (město/kraj): Praha (Hlavní město Praha)

Žadatel: **Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha**

Adresa: U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova stávajícího přístrojového vybavení Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (ÚVN) a pořízení nové endoskopické sestavy, která sestává z videoprocesoru, zdroje světla, doplňkových zařízení včetně monitorů a endoskopy se systémem umělé inteligence, který je určen pro snadnější detekci patologických lézí (polypů, maligních neoplázií a adenomů) v trávicí trubici.

Jedná se o moderní technologii zvyšující kvalitu vyšetření a záchyt patologických lézí v celé trávicí trubici, zejména plochých lézí v jícnu a v žaludku a také v kolorektu, kde vede k zvýšení tzv. ADR (Adenoma Detection Rate), které je hlavním indikátorem kvality kolonoskopie, a tedy i péče o pacienty. S výhodou je využíván ve screeningu kolorektálního karcinomu.

Pracoviště Oddělení gastrointestinální endoskopie IK ÚVN je vybaveno lékařským a nelékařským personálem nutným k provozu zařízení.