



Praha, (datum uvedeno v doložce e-podpisu)

Č. j.: MZDR 28832/2024-95/OZP



MZDRX01VP2BK

STANOVISKO

KOMISE PRO POSUZOVÁNÍ ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJOVÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A KAPACIT HRAZENÝCH Z VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

ze dne 2. dubna 2025

Přístroj: **ANGIOGRAFICKÝ PŘÍSTROJ – obnova**

Území (město/kraj): Praha (Hlavní město Praha)

Žadatel: **Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha**

Adresa: U vojenské nemocnice 1200, 169 02, Praha 6

Stanovisko komise: **DOPORUČENO**

(hlasování: 18 hlasů pro, 0 hlasů proti, 0 se zdržel)

.....
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
předseda Komise

Platnost stanoviska je 36 měsíců od data podpisu předsedy Komise.





Odůvodnění:

Předmětem žádosti je obnova stacionárního angiografického systému Arytmologické jednotky na Kardiologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha (ÚVN).

Stávající angiografický systém byl pořízen v roce 2013 a je na konci své životnosti. Výrobce rovněž v roce 2024 oznámil ukončení servisní podpory a omezenou dostupnost náhradních dílů. Přístroj slouží primárně pro arytmiologické intervenční výkony a jako záložní sál pro katetrizační výkony. Je nezbytnou součástí Centra vysoce specializovaní kardiovaskulární péče.

Činnost současného pracoviště je již nyní plně zajištěna personálními zdroji kardiologického oddělení. Obnova technologie nevyžaduje nové lidské zdroje.